

## 平成24年度大気中の放射性ヨウ素測定結果

調査地点：金武中城港

採取地点	測定結果 (mBq/m <sup>3</sup> )			
	第1・四半期	第2・四半期	第3・四半期	第4・四半期
海軍桟橋局	* *	* *	* *	* *

注) ヨウ素サンプラーに、ろ紙(HE-40T)と活性炭カートリッジ(CHC-50)を装着して大気中の放射性ヨウ素を24時間連続して捕集し、ゲルマニウム半導体検出器によりヨウ素-131の放射能濃度を測定した。

分析値が標準偏差の3倍を超えるものについては数値を記載し、それ以外のものについては\*\*で示した。

測定結果は試料採取終了時に補正した。